

2016年02月23日

お客様各位

電動ファン付き呼吸用保護具
LIFE SAVER
国家検定合格標章の様式不備に関するお詫び

山本光学株式会社
セフティ&レーザー・オプト事業部

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社販売の電動ファン付き呼吸用保護具「ライフセーバー」におきまして、製品に貼付しております国家検定合格標章の様式不備があることが判明いたしました。

今回の事案は、表示に係ることであり、製品の性能・機能につきましては何ら問題はございません。様式不備の内容及び対象製品、出荷期間、誤表示への対応につきましては下記の通りご案内申し上げます。

本件の不備によりご迷惑お掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解頂き、今後も変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

今回の事案に関するお問い合わせにつきましては、下記弊社セフティ&レーザー・オプト事業部まで、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

敬具



記

●標章様式不備内容



国家検定合格標章（ラベル）様式を誤って貼付。

フェイスシールド、フード 用

<LS-355、LS-355WP のフェイスシールドの場合>



フィルター、ブローユニット 用 （すべての型式に共通）



●対象製品

LS-355 ルーズフィット形フェイスシールド (検定合格番号 第 TP41 号)

LS-355WP ルーズフィット形フェイスシールド (検定合格番号 第 TP42 号)

LS-455 ルーズフィット形フェイスシールド (検定合格番号 第 TP43 号)

LS-455WP ルーズフィット形フェイスシールド (検定合格番号 第 TP44 号)

LS-355F ルーズフィット形フード (検定合格番号 第 TP45 号)

上記製品のフェイスシールドもしくはフード、フィルター、ブローユニットの標章となります。

【フェイスシールド】

【フード】

【ブローユニット】【フィルター】



●対象期間(製品出荷日)

平成 26 年 12 月 ～ 平成 28 年 2 月 22 日

※上記以前に製造された JIS 規格適合品は対象外となります。

誠にお手数おかけ致しますが、対象製品をご使用のお客様は当社までご連絡をお願いいたします。

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 3-25-8

山本光学株式会社 セフティ&レーザー・オプト事業部

本社 TEL 06-6783-1101 FAX06-6788-7393

東京支店 TEL 03-3834-1876 FAX03-3834-2136